

仕様書

1 調達物品名および構成内容

(調達物品名) 見守り支援体動センサー 一式

(内 訳)

(1)	見守り支援体動センサー	10	台
(2)	空気圧センサー	10	台
(3)	管理マスターサーバー	1	台
(4)	設置・設定	1	式

2 仕様

(1) 見守り支援体動センサー

ア	指定銘柄	(株)バイオシルバー製 見守り介護ロボット「aams」 AAMSK/23 ※ 銘柄指定の理由:仕様を満たす機種が上記しかないため
イ	概要	(ア) マットレス(エアマット含む)の下に敷いて人の体動(寝返り・呼吸・脈拍など)を捉え、睡眠状態(睡眠／覚醒／離床)を測定することができること。 (イ) 電源を入れて自動的に測定が開始でき、サーバーに測定データを記録することができること。 (ウ) サーバーに記録された測定データは、無線 LAN を用いてパソコン・スマートフォン端末・モニター等と接続し、確認することができること。 (エ) (独)医薬品医療機器総合機構に届け出た製品であって、医療機器届出番号を取得していること。
ウ	構成・機能	(ア) センサーマット部には電子部品を使用していないこと。また、定期的な空気充填が不要であること。 (イ) センサーの使用にあたっては、非接触・非拘束・非侵襲での使用が可能であること。 (ウ) センサーマット部は撥水加工を施していること。 (エ) ケアコム製ナースコール連動に対応していること。 (オ) 心拍・呼吸・体動の表示を 1 秒以内に行えること。また、心拍・呼吸の波形を表示させ、モニター監視ができること。 (カ) 専用ソフトを用いずに機器の見守り機能が使用できること。 (キ) エアマットでの使用においてもセンサー機能が遜色なく利用できること。 (ク) 複数のアラート設定により状態の把握・管理が可能であること。

(2) 空気圧センサー

ア	指定銘柄	(株)バイオシルバー製 見守り介護ロボット「aams」 空気圧センサー APS01 ※ 銘柄指定の理由:仕様を満たす機種が上記しかないため
---	------	--

イ 概要	(ア)の見守り支援体動センサーとセットで利用できる空気圧センサーであること。
------	--

(3) その他条件等

ア マスターサーバー	10 台のセンサーマット及び空気圧センサーの管理を行えること。
イ 管理用モニター	発注者が準備した端末に初期設定を行うこと。
ウ ネットワーク機器	納入施設において整備されたネットワークに設定を行うこと。 なお、設定に必要なとなるアドレス等については、受注者に別途指示する。
モバイル端末	発注者が準備した端末に初期設定を行うこと。

3 保守及び障害対応

(1) 保守体制等

ア 保守体制

通常の使用で発生した故障の修理及び保守点検を実施できる体制であること。

イ 保証期間

納入検査確認後 1 年間は、通常の使用により故障した場合の無償修理に応じること。

(2) 障害支援体制

障害時において復旧のため通報を受けてから 8 時間以内に電話等により障害への対応ができる体制であり、48 時間以内に担当者を障害復旧のために派遣できること。(ただし、日曜、土曜、国民の祝日に関する法律第 3 条に規定する休日、当法人の指定する日及び年末年始(12 月 29 日～1 月 3 日)は除く。)

(3) その他

ア 教育体制

導入時教育訓練：施設担当職員及び使用する職員に対する教育訓練は、施設担当職員と協議の上行うこと。

イ 本仕様書に明記していない事項であっても、本機器を使用するために当然備えるべき性能については完備しているものとし、機器が正常に機能しなければならない。

ウ 納入前に必ず施設担当者と打ち合わせを行うこと。また、この仕様書の内容に不明な点がある場合は、施設担当者の指示に従うものとする。

エ 検査の実施により、物品がこの仕様に示す内容にすべて適合していると認めたとき、納入が完了したものとする。

4 納品場所

富山県総合リハビリテーションセンター 障害者支援施設高志ライフケアホーム管理課

5 納入期限

令和 7 年 3 月 31 日(月) 午後 5 時 15 分